

Szállítási szerződés

mely létrejött egyrészről az

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet

(1097 Budapest, Nagyváradi tér 1.)

Képviselet: Dr. Vályi-Nagy István - főigazgató

Adószám: 15490342-2-43

Számlaszám: 10023002-00317117-00000000

- a továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről az

Anamed Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 29.)

Képviselet: Groó Géza Lajos – ügyvezető igazgató

Kapcsolattartó: Balázs Tibor – kereskedelmi vezető

Cégjegyzékszám: 01-09-164933

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

Adószám: 10737956-2-42

Statisztikai számjel: 10737956-4646-113-01

Számlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-20342465-00003285

- a továbbiakban: **Szállító** -

között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Megrendelő Ajánlatkérőként, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján közbeszerzési eljárást bonyolított le **különböző orvosi gép-műszerek és intenzív ágyak szállítása** tárgyában.

Szállító az **I., III., IV. számú részek vonatkozásában** a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője. A szerződéses feladatok részletes tartalmát a tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás Részvételi felhívása és Dokumentációja, Ajánlattételi felhívása és Dokumentációja, a nyertes ajánlattevő ajánlata, továbbá az ajánlatkérő által a részvételi és/vagy ajánlattételi szakaszban adott kiegészítő információk határozzák meg.

Jelen szerződés melléklete a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által a részvételi jelentkezésben megadott műszaki leírás (1. számú melléklet) és az ajánlatában megadott részletező ártáblázat (2. számú melléklet)

A fentiek alapján felek az alábbi szerződést kötik:

1. A szerződés tárgya:

Megrendelő részére az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a nyertes ajánlattevő (Szállító) részvételi jelentkezésében és ajánlatában meghatározott tárgyú és specifikációjú

5 darab magas tudásszintű betegellenőrző monitor szállítása (I. számú rész)

Gyártó: Mindray

Típus: Beneview T5

4 darab magas tudásszintű lélegeztető készülék szállítása (III. számú rész)

Gyártó: Hamilton Medical

Típus: Hamilton C3

1 darab fiberoptikás bronhoscop szállítása (IV. számú rész)

Gyártó: Olympus

Típus: MAF-GM

Szállító által az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint Szállító részvételi jelentkezésében és ajánlatában meghatározott feltételekkel.

2. A szerződés ellenértéke:

5 darab magas tudásszintű betegellenőrző monitor (I. számú rész):

11.596.999 nettó HUF

+ 3.131.190 HUF ÁFA (27%)

14.728.189 bruttó HUF, azaz

Tizennégymillió-hétszázhuszonnyolcezer-száznyolcvankilenc forint (ÁFÁ-val)

4 darab magas tudásszintű lélegeztető készülék (III. számú rész):

24.732.000 nettó HUF

+ 6.677.640 HUF ÁFA (27%)

31.409.640 bruttó HUF, azaz

Harmincegymillió-négyezéskilencezer-hatszáznegyven forint (ÁFÁ-val)

1 darab fiberoptikás bronhoscop (IV. számú rész):

3.827.500 nettó HUF

+ 1.033.425 HUF ÁFA (27%)

4.860.925 bruttó HUF, azaz

Négymillió-nyolcszázhatvanezer-kilencszázhuszonöt forint (ÁFÁ-val)

A szerződés ellenértéke, a szerződéses ár, a teljesítés helyén, mint átadási helyen a jelen szerződésben meghatározott teljesítéssel értendő, és tartalmazza a leszállítandó eszközök ellenértékét, a szállítási költséget, az üzembe helyezést, a betanítást, a garanciát, és valamennyi költséget, amely a szerződés maradéktalan teljesítéséhez felmerül.

A szerződéses ár rögzített, fix ár, attól a szerződés teljesítése során nem lehet eltérni.

3. Teljesítés határideje:

a szerződés megkötésétől számítva 30 nap (2013.07.10.)

4. Teljesítés helye:

A II. számú rész vonatkozásában: Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet központi telephely (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.) Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály;

Az I. számú, valamint a III.- VII. és IX-X. számú részek vonatkozásában: Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet Szent László Kórházi telephelye (1097 Budapest, Gyáli út 5-7.) Központi Anaesztheziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály;

A VIII. számú rész vonatkozásában: Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet Szent László Kórházi telephelye (1097 Budapest, Gyáli út 5-7.) Gyermekintenzív Osztály

5. Teljesítés:

- 5.1. Szállító a szerződés tárgyát képező árukat a Megrendelő megbízottjával előzetesen egyeztetett időpontban a 4. pontban meghatározott teljesítés helyére/helyeire, a 3. pontban meghatározott határidőig leszállítja, telepíti, üzembe helyezi, a kezelő személyzetet a termék használatával kapcsolatosan kioktatja, és üzemeltetésre átadja a Megrendelő részére.
- 5.2. A Szállító az árukat a szállítás módjának megfelelő csomagolásban, szabályszerűen szállítja le. A csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek.
A csomagbontást a rendeltetési helyen a Szállító szakemberei végzik, Megrendelő jelenlétében.
A csomagbontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket a Szállító a szerződéses határidőn belül utánszállítással, vagy cserével saját költségére tartozik elvégezni.
- 5.3. A Szállító anyagi felelősséggel tartozik az üzembe helyezés helyszínén található kórházi vagyontárgyakért, az általa az üzembe helyezés során esetlegesen okozott károkat köteles megtéríteni, vagy az eredeti állapotot helyreállítani.
- 5.4. A Szállító a 3. pontban meghatározott időpontig végzi el a telepítést és üzembe helyezést, elvégzi az oktatásokat, és a szükséges átadási dokumentációt a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.
- 5.5. A Szállító és a Megrendelő az üzembe helyezésről, és a Megrendelőnek üzemeltetésre történő átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel.
Az üzembe helyezési eljárás lezárását és az átadási dokumentáció átadását követően kerülhet sor a teljesítés igazolására Megrendelő részéről.
Az átadási dokumentáció részei:
- 2 példány magyar nyelvű kezelési-használati utasítás
 - 2 példány karbantartási utasítás
 - működtetéshez, üzemeltetéshez szükséges engedélyek, határozatok, minőségi tanúsítványok, megfelelőségi tanúsítványok és mellékleteik (műszaki dokumentáció)
 - egyéb okmányok, melyek igazolják, hogy az áru az érvényben lévő szabványokban, jogszabályokban és rendeletekben előírt követelményeknek megfelel (különös tekintettel a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletre)
 - az üzembe helyezés szabványosságára és szabályosságára vonatkozó nyilatkozatok
 - szükséges mérési és egyéb jegyzőkönyvek
 - felhasználói szintű beavatkozáshoz szükséges kézikönyvek,
 - az áruk adatlapjai

Megrendelő és Szállító a teljesítés igazolására teljesítés igazolási jegyzőkönyvet vesznek fel.

- 5.6. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolási jegyzőkönyvet a műszergazdálkodási csoportvezető szignóját követően a Műszaki Osztályvezető és az illetékes osztály Osztályvezető Főorvosa jogosult együttes aláírásával igazolni.

6. Jótállás:

- 6.1. A Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő árukra a jegyzőkönyvi átadás dátumától számított **12 hónap** teljes körű jótállást vállal.
- 6.2. Szállító kötelezi magát, hogy a jótállási feladatok ellátására biztosítja a megfelelő szerviz háttérrel.
- 6.3. A jótállási időszak alatt elforduló meghibásodásokat a Szállító – választása szerint – csere vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki.
- 6.4. A jótállás időtartama alatt a hibajavítások vonatkozásában a hibabejelentés időpontjától számított 24 órán belül a javítási tevékenységet Szállító köteles megkezdeni.
A jótállás időtartama alatt Szállító köteles a garanciális javításokat a hibajavítás megkezdését követő 48 órán belül elvégezni.
Amennyiben Szállító a hibabejelentést követően nem teljesíti vállalt kötelezettségeit, úgy a Megrendelő eljárhat a hiba kijavítása érdekében a Szállító kockázatára és költségére.
- 6.5. Az üzemképtelenség beálltát Megrendelő kijelölt kapcsolattartója jogosult bejelenteni telefonon és írásban, a bejelentés tényét a Szállító és a Megrendelő - egymástól függetlenül - naplózni köteles.
- 6.6. Szállító vállalja, hogy a vállalt jótállás időtartamának lejártától számítva az árukhoz szükséges tartalék alkatrészeket **legalább 8 évig** biztosítja.

7. Fizetési feltételek:

- 7.1. Megrendelő a szerződés szerű teljesítés ellenértékét a teljesítést követően a Kbt. 130. § előírásainak figyelembevételével, szabályosan kiállított számla ellenében átutalással egyenlíti ki a Szállító jelen szerződés első lapján megadott bankszámlájára. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. is alkalmazandó.
- 7.2. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
- 7.3. Számla a teljes és maradéktalan teljesítést követően nyújtható be. A számla mellékletei az üzembe helyezési jegyzőkönyv, valamint a teljesítés igazolási jegyzőkönyv.
Amennyiben Szállító a számláját a szükséges mellékletek nélkül vagy hiányosan, illetve hibásan kitöltve nyújtja be, a számlát a Megrendelő kiegészítésre visszaküldi, s a fizetési határidőt a kiegészített számla beérkezésétől számítja.
A számla kiegyenlítését követően az áru a Megrendelő kizárólagos tulajdonába kerül.
- 7.4. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Felek a Ptk. 301/A. § (2) – (3) bekezdésében foglaltak alapján járnak el.
- 7.5. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

26

C

8. Késedelmes teljesítés:

- 8.1. A Szállítónak az áru leszállítását és a szolgáltatások teljesítését a szerződésben meghatározott, illetve a felek által kötelezően elfogadott határidő szerint kell elvégeznie.
- 8.2. Szállító teljesítési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése folytán a Szállítóra az alábbi szankciók alkalmazandók:
Megrendelő késedelmi kötbérigényének érvényesítése, vagy a szerződés mulasztás miatti felmondása és/vagy kártérítési igény támasztása.

9. Kötbér, kártérítés:

- 9.1. Szállítót késedelmes vagy hibás teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli.

Késedelmi, minőségi kötbér:

Jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítése esetén Szállítót késedelmi és/vagy minőségi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a szerződéses nettó érték 1%-a.

Szállító kötbér fizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbért meghaladó kárának megtérítését követelje Szállítótól.

- 9.2. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szállító számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szállítónak előzetesen értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól, valamint ésszerű póthatáridőt kell tűznie a teljesítésre.
- 9.3. Megrendelő a Szállító tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti a Szállítóval szemben a bizonyítottan Szállító hibájából keletkezett kár megtérítésére.

10. Mulasztás, meghiúsulás miatti szerződésfelmondás:

- 10.1. A teljesítés megtagadása esetén, vagy ha Megrendelő a szerződéstől Szállító szerződésszegő magatartása miatt eláll, Szállítót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli.

Meghiúsulási kötbér:

A teljesítés megtagadása vagy a Szállító érdekkörében felmerült lehetetlenülés esetén, továbbá ha Megrendelő a szerződéstől Szállító szerződésszegő magatartása miatt eláll, Szállítót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződéses nettó érték 15%-a.

Szállító kötbér fizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbért meghaladó kárának megtérítését követelje Szállítótól.

- 10.2. A szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl a Megrendelőnek jogában áll a szerződést írásos formában felmondani az alábbi esetben:
Amennyiben a Szállító a szerződésben meghatározott határidőn belül nem helyezi üzembe a berendezést, vagy ha a Szállító elmulasztja a szerződésből adódó egyéb kötelezettségének (kötelezettségeinek) teljesítését, és ha a Szállító ezen mulasztásait nem hozza helyre a Megrendelő mulasztási értesítésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül.
Abban az esetben, ha Megrendelő fentiekben foglaltak okán a szerződést felmondja, meghiúsulási kötbérre jogosult.

10.3. Bármely nem szerződés szerű teljesítés fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

11. Vitás kérdések rendezése:

11.1. Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

11.2. Jogvita esetén a magyar jog szabályai az irányadók.

12. Szerződés megszűnése

12.1. Felek a szerződés teljesítésében érdekeltek, ezért annak sikere érdekében mindent megtesznek.

12.2. A szerződés egyoldalú megszüntetésére – elállás – csak súlyos szerződésszegés esetében van lehetőség a jelen szerződésben meghatározottak szerint. Az elállásra okot adó tényről előzetesen a másik felet írásban fel kell hívni és a jogellenes magatartás megszüntetésére határidőt kell kitűzni. A jelen szerződéstől történő egyoldalú elállás esetén az arra okot adó fél köteles megtéríteni a másik félnek az ebből eredő teljes kárát.

Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

12.3. Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdés előírása alapján jogosult és egyben köteles a szerződést írásban felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:

- Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek
- Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

12.4. A 12.3. pont szerinti felmondás esetén Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szállítás szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

13. Kapcsolattartás:

13.1. A szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban a Megrendelő és Szállító megjelöli a teljesítéssel kapcsolatos joghatályos nyilatkozat megtételére jogosult személyeket.

13.2. Megrendelő megbízottja:

Név: Friss András – műszaki osztályvezető;

Telefon: +36/1 455-5751

Fax: +36 /1-215-9083

Szállító megbízottja:

Név: Balázs Tibor – kereskedelmi vezető

Telefon: +36/1 220 9236

Fax: +36/1 221 5531

13.3. Fenti személyek jogosultsága a szerződés módosítására nem terjed ki.

13.4. Minden, a szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Az elektronikus úton történő levelezés nem elfogadott. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítésekor áll be.

13.5. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt kikézbesítették, vagy az értesítés érvényességi napján attól függően, melyik van később.

14. Egyebek:

14.1. A szerződés módosítására a Kbt. 132. §-ban foglaltak betartásával kerülhet sor.

14.2. Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projektársaságot hoznak létre, a Kbt. 129. § (1)-(7) bekezdésében foglalt rendelkezései az irányadóak.

14.3. A Kbt. 125. § (7) bekezdése szerint a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

14.4. Szállító a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

14.5. Szerződő felek minden jognyilatkozatukat írásban kötelesek megtenni és egymással közölni.

14.6. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni.

14.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.

A szerződés 4 azonos érvényű példányban magyar nyelven készül, melyből a felek 2-2 példányt kapnak.

Jelen szerződés 7 számozott lapot tartalmaz.

Budapest, 2013. június 10.


Megrendelő részéről



ANAMED Kft.
1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Tel.: (1) 220-9236 Fax: (1) 221-5531
Adószám: 10737986-2-42
1.

Szállító részéről


Köszvény
2013.06.10.
pénzügyi ellenjegyzés
1.

266



FELOLVASÓLAP

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: SZI-122
 A szerződés tárgya: Különbféle orvosi gép-műszerek és intenzív ágyak szállítása


Ajánlattevő neve: Anamed Kft
 Ajánlattevő székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Ajánlattevőként az alábbiak szerint nyilatkozom az ajánlattevő cég nevééről, címéről (székhelyéről, lakhelyéről) és az értékelési szempontok vonatkozásában tett ajánlatunkról:

I. számú rész	1. Magas tudásszintű betegellenőrző monitor 1. Ajánlati ár / darab (nettó HUF)	2.728.979,- HUF/db
	2. Magas tudásszintű betegellenőrző monitor 2. Ajánlati ár / darab (nettó HUF)	1.705.031,- HUF/db
	1.+2. előző sor összege: Ajánlati ár összesen (nettó HUF)	4.434.010,- HUF
II. számú rész	Ajánlati ár / darab (nettó HUF)	18.860.781,- HUF/db
III. számú rész	Ajánlati ár / darab (nettó HUF)	6.183.000,- HUF/db
IV. számú rész	Ajánlati ár / darab (nettó HUF)	3.827.500,- HUF/db
X. számú rész	Ajánlati ár / darab (nettó HUF)	1.534.000 Ft HUF/db

Budapest, 2013. április 24.

ANAMED Kft.
 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
 Tel.: (06-1) 220-9236 Fax: (06-1) 221-5531
 Adószám: 10901956-2-42
 0-1


 Groó Géza Lajos
 ügyvezető igazgató



3. 5



A MEGAJÁNLANI KÍVÁNT ÁRU MŰSZAKI LEÍRÁSA

az I. számú rész vonatkozásában
(Magas tudásszintű betegellenőrző monitor)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: SZI-122

A szerződés tárgya: Különféle orvosi gép-műszerek és intenzív ágyak szállítása

Részvételre jelentkező neve: Anamed Kft

Részvételre jelentkező székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Magas tudásszintű betegellenőrző monitor 1.

Paraméter	Követelmény	A megajánlani kívánt termék paraméterei
Gyártó megnevezése:		Mindray
Típus megnevezése:		Beneview T5
Forgalomba hozatali engedély típusa, száma:		TÜV CE: G1091144751022
Áramellátás	230 V; 50 Hz	230 V; 50 Hz
LCD kijelző	igen	igen, színes
Megjeleníthető paraméterek:		
EKG (szimpla drótos, 3-5 elvezetés)	igen	igen
Pulzus	igen	igen
Szívfrekvencia	igen	igen
SPO ₂	igen	igen
IBP (min. 2 csatorna)	igen	igen
NIBP	igen	igen
Hőmérséklet 2 db (mag, köpeny)	igen	igen, 2 db mag és köpeny
Légzésszám	igen	igen
A megjelenített paraméterek riasztási határértékeinek állítása	igen	igen
Analízis lehetősége (ST, aritmia)	igen	igen
Képernyőn egyszerre megjeleníthető csatornák	minimum 6	igen, 8
Haemodinamikus és volumetrikus paraméterek seminvazív monitorizálása	igen	igen, PiCCO
Vezeték nélküli hálózati kapcsolattal rendelkezzen	igen	igen
Riasztás hang és fényjelzés:		
Paciens kábel leesés esetén	igen	igen
Beállított alsó/felső riasztási határértékek elérése esetén	igen	igen
Akkumulátor hiba esetén	igen	igen
Hálózat kimaradás esetén automatikus átkapcsolás akkumulátoros üzemmódra	igen	igen
Defibrillátor elleni védelem	igen	igen
Egyéb követelmények:		
Akkumulátorról működés	minimum 30 perc	igen, 330 perc
230 V-os hálózati tápegység és akkumulátor töltő	igen	igen




Magas tudásszintű betegellenőrző monitor 2.

Paraméter	Követelmény	A megajánlani kívánt termék paraméterei
Gyártó megnevezése:		Mindray
Típus megnevezése:		Beneview T5
Forgalomba hozatali engedély típusa, száma:		TÜV CE: G1091144751022
Áramellátás	230 V 50 Hz	230 V; 50 Hz
LCD kijelző	igen	igen, színes
Megjeleníthető paraméterek:		
EKG (szimpla drótos, 3-5 elvezetés)	igen	igen
Pulzus	igen	igen
Szívfrekvencia	igen	igen
SPO ₂	igen	igen
IBP (min. 2 csatorna)	igen	igen
NIBP	igen	igen
Hőmérséklet 2 db (mag, köpeny)	igen	igen, 2 db mag és köpeny
Légzésszám	igen	igen
A megjelenített paraméterek riasztási határértékeinek állítása	igen	igen
Analízis lehetősége (ST, aritmia)	igen	igen
Képernyőn egyszerre megjeleníthető csatornák	minimum 6	igen, 8
Nem invazív folyamatos artériás vérnyomás mérés	igen	igen, STAT mód
Vezeték nélküli hálózati kapcsolattal rendelkezzen	igen	igen
Riasztás hang és fényjelzés:		
Páciens kábel leesés esetén	igen	igen
Beállított alsó/felső riasztási határértékek elérése esetén	igen	igen
Akkumulátor hiba esetén	igen	igen
Egyéb követelmények:		
Hálózat kimaradás esetén automatikus átkapcsolás akkumulátoros üzemmódra	igen	igen
Defibrillátor elleni védelem	igen	
Akkumulátorról működés	minimum 30 perc	igen, 330 perc
230 V-os hálózati tápegység és akkumulátor töltő	igen	igen

BUDAPEST, 2013. ÁPRILIS 5.

ANAMED Kft.
1144 Budapest, Kőbánya, 29.
Tel: (1) 422-4716 Fax: (1) 421-3531
Adószám: 1187936-2-42
0-1


GROÓ GÉZA LAJOS
ügyvezető igazgató

5
5

A MEGAJÁNLANI KÍVÁNT ÁRU MŰSZAKI LEÍRÁSA

a III. számú rész vonatkozásában
(Magas tudásszintű lélegeztető készülék)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: SZI-122

A szerződés tárgya: Különbféle orvosi gép-műszerek és intenzív ágyak szállítása

Részvételre jelentkező neve: Anamed Kft

Részvételre jelentkező székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Paraméter	Követelmény	A megajánlani kívánt termék paraméterei
Gyártó megnevezése:		Hamilton Medical
Típus megnevezése:		Hamilton C3
Forgalomba hozatali engedély típusa, száma:		TÜV CE: HD 60035618 0001
Gyermek, felnőtt tartós intenzív lélegeztetésére alkalmas	Igen	igen
Áramellátás	230 V; 50 Hz	igen, 230 V; 50 Hz
Beállítható lélegeztetési módok:		
Nyomás és volumenvezérelt	igen	igen
Asszisztált	igen	igen
Kontrolált	igen	igen
IPPV	igen	igen
CPAP	igen	igen
SIMV	igen	igen
APRV	igen	igen
Kétszintű nyomás lélegeztetés	igen	igen, DuoPAP, APRV
Non invazív lélegeztetési mód	igen	igen, NIV
Automata leszoktatási mód	igen	igen, ASV
Vezérlési módok:		
Idővezérelt	igen	igen
Térfogatvezérelt	igen	igen
Nyomásvezérelt	igen	igen
Áramlásvezérelt	igen	igen
Kombinált	igen	igen
Riasztás hang és fényjelzés:		
Apnoe esetén	igen	igen
Légúti nyomás alacsony/magas	igen	igen
Szétcsúszás	igen	igen
O ₂ koncentráció eltérés	igen	igen
Áramkimaradás	igen	igen
Kilégzési percvolumen eltérés	igen	igen
Nyomáseltérés, gázkimaradás	igen	igen
Műszaki hiba	igen	igen
Belélegzett gáz hőmérséklet alacsony/magas	igen	igen, párástón
Beállítható tartományok:		

Paraméter	Követelmény	A megajánlani kívánt termék paraméterei
Légzési térfogat (Tidal Volume)	50-1500 ml	20-2000 ml
Légzésszám	5-90/min	4-150 /min
Légzésszám SIMV	3-30/min	1-80 /min
Áramlás	6-120 l/min	0-240 l/min
Csúcsnyomás	5-80 cm/H ₂ O	3-95 cmH ₂ O (Pc+PEEP)
PEEP	0 – 35 cm /H ₂ O	0-35 cmH ₂ O
CPAP	0 – 35 cm /H ₂ O	0-35 cmH ₂ O
Nyomástámogatás	0 – 50 cm / H ₂ O	0-60 cmH ₂ O
Nyomástrigger (Inspiratory Effort)	igen	igen, Inspiratory effort, P0, I, és PTP
O ₂ lélegeztetés	21 – 100 %	21-100 %
100 % O ₂ lélegeztetés időtartam	minimum 120 sec	120 sec
Triggeridő	maximum 20 msec	max 13 msec
I / E arány	1:4 – 4:1	1:9 – 4:1
Monitorozott funkciók:		
Légúti nyomás	cm/H ₂ O	igen
Belégzési O ₂ koncentráció	%	igen
Kilégzett térfogat	ml	igen
Kilégzett perctérfogat	l/min	igen
PEEP / CPAP	cm/H ₂ O	igen
Légvételi szám	/min	igen
Átlagos nyomás	cm/H ₂ O	igen
EtCO ₂	igen	igen
Hurokgörbék, görbék, trendek megjelenítése	igen	igen
Légúti nyomás idő görbe	igen	igen
Áramlás idő görbe	igen	igen
Térfogat idő görbe	igen	igen
Egyidejű görbe megjelenítés	minimum 3	igen, 3
Ajánlati árban foglalt tartozékok:		
Beépített levegő ellátó rendszer	igen	igen
Légző kör tartókar	igen	igen
Gyógyszerporlasztó	igen	igen
Egyéb követelmények:		
Hálózati áramkimaradás esetén átkapcsolás akkumulátoros üzemmódra	igen	igen
Készülékbe épített 230 V-os hálózati tápegység és töltő	igen	igen
Akkumulátorról működési idő	minimum 30 perc	390 perc
Többször használatos komplett szilikon kör gépenként	2 db	igen, 2 db

BUDAPEST, 2013.ÁPRILIS 5.

ANAMED Kft.
1144 Budapest, Mátyásföldi út 59.
Tel.: (06) 202-9034 Fax: (06) 202-5571
Adószám: 1477946-2-42
Gy.

GROÓ GÉZA LAJOS
ügyvezető igazgató

98

A MEGAJÁNLANI KÍVÁNT ÁRU MŰSZAKI LEÍRÁSA

a IV. számú rész vonatkozásában

(Fiberoptikás bronhoscop)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: SZI-122

A szerződés tárgya: Különbféle orvosi gép-műszerek és intenzív ágyak szállítása

Részvételre jelentkező neve: Anamed Kft

Részvételre jelentkező székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Paraméter	Követelmény	A megajánlani kívánt termék paraméterei
Gyártó megnevezése:		Olympus
Típus megnevezése:		MAF-GM
Forgalomba hozatali engedély típusa, száma:		TÜV CE : HD 60026867 0001
Áramellátás	230 V 50 Hz	Hordozható fényforrás (LED) akkumulátoros
Alkalmas legyen intubációs fiberoszkópiára is műtéti és intenzív terápiás környezetben	igen	Igen Alkalmas intubációs fiberoszkópiára is műtéti és intenzív terápiás környezetben
Portábilis kivitel	igen	Igen Portábilis kivitel
Hordozható fényforrás (halogén)	igen	Igen Hordozható fényforrás (LED) egyenértékű, illetve magasabb tudásszintű
Látószög	minimum 85°	Igen Látószög 90°
Hajlíthatóság fel/le	minimum 120°/120°	Igen Hajlíthatóság fel/le 120°/120°
Munkacsatorna	igen	Igen Munkacsatorna
Öblítés lehetőség	igen	Igen Öblítés lehetőség
Kivetítő képernyő	igen	Igen Kivetítő képernyő

Kelt: Budapest, 2013. április 5.

ANAMED KFT.
1144 Budapest, Kőszeg u. 29.
Tel.: (06-1) 220-9236 Fax: (06-1) 221-5531
Adószám: 10757956-2-42
O-1.

Groó Géza Lajos
ügyvezető igazgató



10-5

