

2. rész - Elektromos kórházi ágy 12 darab

Műszaki leírás

A termékkel szemben támasztott követelmények

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Ajánlattevő neve:	Kérjük megadni	PROMEDIM Medical Kft.
Gyártó neve:	Kérjük megadni	Industrias PARDO SL
Származási ország:	Kérjük megadni	Spanyolország
Típusa:	Kérjük megadni	NewCare V2
Hivatalos belföldi szervizpartnere:	Kérjük megadni	PROMEDIM Medical Kft. 1162 Budapest, Fertály u. 5-7.
A gyártmány osztályba sorolás szerinti CE tanúsítványának száma:	Kérjük megadni	I. osztály a 93/42/CE direktíva szerint
Ajánlattevő minőségirányítási rendszerének tanúsítvány száma:	Kérjük megadni	Nem rendelkezünk tanúsítvánnyal A gyártó (Pardo) minőségirányítási rendszerének száma: ER0447/2015
Az ágy feleljen meg a EN60601-2-52 szabványnak	igen	Igen, megfelel az EN60601-2-52 szabványnak
4-részes, elektromos háttámla, lábész és magasság állítás	igen	Igen, 4-részes, elektromos háttámla, lábész és magasság állítás
Elektromos magasságállítás, min. 38 - 80 cm között (min. 42-80 cm)	igen	Igen, 40-80 cm, elektromos magasságállítás
<i>Az ágy kialakítása, magasságállítása tegye lehetővé a babaágy fekvőfelület fölé helyezését, úgy, hogy az anya az ágyban fekszik.</i>	<i>igen vagy nem (EKR rendszerben kell a választ megadni!)</i>	<i>Értékelési szempont, kitöltése az EKR rendszerben a felolvasólapban kötelező!</i> <u>IGEN</u> <u>amennyiben a babaágy kialakítása azt megengedi</u>
Elektromos háttámla állítás min. 0 - 70 fok között	igen	Igen, 0 – 70°
Elektromos felső lábész (comb) állítás min. 0 - 40 fok között	igen	Igen, 0 – 40°
Az ágy funkciói távirányítóról vezérelhetők	igen	igen
minimum ³ / ₄ -es oldalrács az ágy mindkét oldalán	igen	Igen, oldalrács az ágy teljes hosszában
Az oldalrácsok az ágy síkjában leengedhetők, a leengedett oldalrácsok nem növelik az ágy szélességét	igen	Igen, oldalrácsok az ágy síkjában leengedhetők
Fekvőfelület mérete min. 200 x 87 cm	igen	Igen, 200 x 87 cm
Befoglaló méret max. 215 x 100 cm (220 x 100 cm)	igen	Igen, 220 x 97 cm
Trendelenburg és anti-Trendelenburg állítási lehetőség +/- min. 16 fok,	igen	Igen, Trend./Anti-Trend: 14°/15°, elektromos

elektromosan (+/-14°)		
Központiilag fékezhető, 150 mm átmérőjű kerekek	igen	Igen, központiilag fékezhető, 150 mm átmérőjű kerekek
Fékpédál az ágy két oldalán, a lábvégnél	igen	Igen, fékpédál az ágy két oldalán, a lábvégnél
Ágy terhelhetősége min. 220 kg	Min. 220kg, max. 250 kg, vagy annál nagyobb érték előny (EKR rendszerben kell a választ megadni!)	Értékelési szempont, kitöltése az EKR rendszerben a felolvasólapban kötelező! Igen 250 kg
Műanyag fekvőfelület, szellőző lyukakkal	igen	HPL fekvőfelület szellőzőlyukakkal (Nagy nyomáson kikeményített, polimer műgyantával átitatott cellulóz rostos anyag, merev, át nem eresztő melamin réteggel. Nem porózus, magas műszaki tulajdonságokkal rendelkezik (pl. magas hőállóság, fertőtlenítő vegyszereknek való ellenállás, karcolás ellen védett, stb.)
A műanyag fekvőfelület elemei kivehetőek	igen	Igen, kivehető fekvőfelület elemek
Az ágy négy sarkán fali ütközőgörgők	igen	Igen, az ágy négy sarkán fali ütközőgörgők
Levehető színes ágyvégek, színválasztás későbbi egyeztetés alapján	igen	Igen, levehető színes ágyvégek, színválasztás későbbi egyeztetés alapján
Mindkét oldalon a vázszerkezetbe épített CPR kar az ágy hátrésze alatt	igen	Igen, mindkét oldalon a vázszerkezetbe épített sürgősségi CPR kar az ágy hátrésze alatt
A távirányító funkciói tilthatók	igen	Igen, tilthatók
Beépített ágyhosszabbítás min. 20 cm	igen vagy nem (EKR rendszerben kell a választ megadni!)	Értékelési szempont, kitöltése az EKR rendszerben a felolvasólapban kötelező! Igen, 30 cm
Prevenációs, viszkoelasztikus antidecubitus habszivacs matrac, inkontinencia huzattal 12db	igen	12 db prevenációs, viszkoelasztikus antidecubitus habszivacs matrac, inkontinencia huzattal
matrac vastagsága min. 14 cm,	igen	Igen, 14 cm
a matrac legyen alkalmas decubitus kezelésére min. I stádiumig	igen	A matrac alkalmas decubitus kezelésére minimum I stádiumig
infúziós állvány 12db	igen	12db infúziós állvány
függőleges betegkapaszzkodó 6db	igen	6 db betegkapaszkodó
Szervíz és jótállási feltételek		
Teljeskörű jótállás időtartama min. 12 hónap	Igen	12 hónap
Szervizellátás biztosítása	Igen	Igen
Szervíz címe, telefonszáma munkaidőben	Kérjük megadni	Promedim Medical Kft, 1162 Budapest, Fertály u. 5-7.
Munkaidő	Kérjük megadni	7-18 óráig, munkaidőn kívül ügyeleti telefon: +36 30 541 3367
Szervíz reakció ideje Max. 48 óra	Igen, Kérjük megadni	24 óra
Ajánlott készülékre kiképzett szervizszakember száma Min. 1	Igen, Kérjük megadni	Igen, 1

5
K

A gyártó által előírt karbantartás gyakorisága	Kérjük megadni	Az elektromos részek ellenőrzése 3 évenként
Alkatrész utánpótlás módja	Kérjük megadni	Raktárról készletből függően, vagy gyári beszállítás
A jótállás időtartama alatt a gyártó által előírt karbantartás és egyéb szolgáltatások ingyenesek.	Igen	12 hónap

Budapest, 2019. szeptember 16.


PROMEDIM Medical Kft.
1162 Budapest,
Erzsébet u. 5-7.
Németh Mária Erzsébet
ügyvezető igazgató

 65