

1. rész - Babaágy 12 darab

Műszaki leírás

A termékkel szemben támasztott követelmények

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Ajánlattevő neve:	Kérjük megadni	VATNER Kft.
Gyártó neve:	Kérjük megadni	LINET spolsro
Származási ország:	Kérjük megadni	Cseh
Típusa:	Kérjük megadni	Mimi
Hivatalos belföldi szervizpartnere:	Kérjük megadni	VATNER Kft.
A gyártmány osztályba sorolás szerinti CE tanúsítványának száma:	Kérjük megadni	PSEN0025
Ajánlattevő minőségirányítási rendszerének tanúsítvány száma:	Kérjük megadni	2019-0021
Porfestett acél vázszerkezet	igen	Porfestett acél vázszerkezet
A babaágy színe legalább három színből választható legyen	igen	A babaágy színe három színből választható
Az ágy színe színmintából kiválasztható	igen	Az ágy színe színmintából kiválasztható
Az ágy külső mérete max. 60 x 95 cm	igen	Az ágy külső mérete 57 x 92 cm
A fekvőfelület mérete legalább 35 x 65 cm	igen	A fekvőfelület mérete 46,5 x 79,5 cm
A bölcső rész átlátszó plexi, vagy műanyag legyen	igen	A bölcső rész átlátszó műanyag
Terhelhetőség max. 15 kg	igen	Terhelhetőség 21 kg
<i>A szerkezet kialakítása tegye lehetővé, hogy a kórházi ágy fekvőfelülete fölé tolható legyen, hogy az anyuka az ágyban fekve is fizikai közelségben legyen az újszülötthöz</i>	<i>igen vagy nem (EKR rendszerben kell a választ megadni!)</i>	<i>Értékelési szempont, kitöltése az EKR rendszerben a felolvasólapban kötelező!</i> <u>IGEN</u>
Fekvőfelület magassága változtatható legyen legalább 70 és 90 cm között	igen	Fekvőfelület magassága változtatható 64 és 94 cm között
Rendelkezzen tároló résszel, ahol a csecsemőápolási eszközöket lehet tartani	igen, fotót kérünk	Rendelkezik tároló résszel, ahol a csecsemőápolási eszközöket lehet tartani (1106000080001)
Anti-Trendelenburgpozíció fokozatmentesen állítható legyen	igen	Anti-Trendelenburg pozíció fokozatmentesen állítható

<i>Anti-trendelenburg pozíció</i>	<i>Min 0 és -13 fok közötti tartomány, max 0 és -15 fok, vagy annál nagyobb tartomány előny) (EKR rendszerben kell a választ megadni!)</i>	<i>Értékelési szempont, kitöltése az EKR rendszerben a felolvasólapban kötelező! <u>14 és -14 fok</u></i>
Habszivacs matrac, inkontinencia huzattal 12db	igen	Habszivacs matrac, inkontinencia huzattal 12db (4GMRE162000-S)
matrac vastagság min. 5 cm	igen	matrac vastagság 5 cm
Szerviz és jótállási feltételek		
Teljeskörűjótállás időtartama min. 12 hónap	Igen	Teljes körű jótállás időtartama 12 hónap
Szervizellátás biztosítása	Igen	Szervizellátás biztosítása
Szerviz címe, telefonszáma munkaidőben	Kérjük megadni	VATNER Kft. 7400 Kaposvár, Zárda u. 13. +3682511290
Munkaidő	Kérjük megadni	Munkaidő 8-16h
Szerviz reakció ideje Max. 48 óra	Igen, Kérjük megadni	Szerviz reakció ideje max. 48 óra
Ajánlott készülékre kiképzett szervizszakember száma Min. 1	Igen, Kérjük megadni	Ajánlott készülékre kiképzett szervizszakember száma 1
A gyártó által előírt karbantartás gyakorisága	Kérjük megadni	A gyártó által előírt karbantartás gyakorisága 1 év
Alkatrész utánpótlás módja	Kérjük megadni	Alkatrész utánpótlás módja: leszállítás, beszerelés
A jótállás időtartama alatt a gyártó által előírt karbantartás és egyéb szolgáltatások ingyenesek.	Igen	A jótállás időtartama alatt a gyártó által előírt karbantartás és egyéb szolgáltatások ingyenesek.